

**AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO***ACCREDITED TESTING LABORATORY*

**INSPECTA OY,  
KIWALAB**

<b>Tunnus</b> <i>Code</i>	<b>Laboratorio</b> <i>Laboratory</i>	<b>Osoite</b> <i>Address</i>	<b>www</b> <i>www</i>
T270	Inspecta Oy, Kiwalab	<b>Myyntimiehenkuja 4</b> <b>90410 OULU</b>	<a href="http://www.inspecta.com">www.inspecta.com</a>
		<i>Myyntimiehenkuja 4</i> <i>FI- 90410 OULU</i> <i>FINLAND</i>	<a href="http://www.inspecta.com">www.inspecta.com</a>
		<b>Robert Huberin tie 2</b> <b>01510 VANTAA</b>	<a href="http://www.inspecta.com">www.inspecta.com</a>
		<i>Robert Huberin tie 2</i> <i>FI-01510 VANTAA</i> <i>FINLAND</i>	<a href="http://www.inspecta.com">www.inspecta.com</a>

<b>Testausalat</b> <i>Fields of testing</i>
<b>Asumisterveys</b> <i>Healthy building</i>

<b>PÄTEVYYSALUE</b> <b>SCOPE OF ACCREDITATION</b>		
<b>Testattava materiaali / tuote</b> <i>Material / product tested</i>	<b>Testityyppi, mittausalue</b> <i>Type of test, measured range</i>	<b>Testausmenetelmä</b> <i>Test method</i>
<b>Oulu</b>		
<b>Asumisterveys, Mikrobiologia</b> <i>Healthy building, Microbiology</i>		
Mikrobi-ilmanäytteet sisä- ja ulkotiloista (Andersen keräin) <i>Indoor and Outdoor Microbiological – air sample (Andersen impactor)</i>	Homeiden, hiivojen, bakteerien ja aktinomykeettien pitoisuus ja homeiden tunnistaminen <i>Quantitative determination of molds, yeasts, bacteria and actinomyces and mold species</i>	Asumisterveysasetuksen soveltamisohje, Osa IV, Valvira ohje 8/2016 <i>Guidance of Healthy Building Decree, Part IV, Valvira Guidebook 8/2016</i>
Rakennusmateriaalit <i>Building materials</i>	Homeiden, hiivojen, bakteerien ja aktinomykeettien pitoisuus ja homeiden tunnistaminen <i>Quantitative determination of molds, yeasts, bacteria and actinomyces and mold species</i>	Asumisterveysasetuksen soveltamisohje, Osa IV, Valvira ohje 8/2016 <i>Guidance of Healthy Building Decree, Part IV, Valvira Guidebook 8/2016</i>
Rakennusmateriaalit <i>Building materials</i>	Homeiden, hiivojen, bakteerien ja aktinobakteerien semikvantitatiivinen määrittäminen ja homeiden tunnistaminen <i>Semiquantitative determination of molds, yeasts, bacteria and actinobacteria and identification of mold species</i>	Suoraviljely <i>Direct culture</i>  Asumisterveysasetuksen soveltamisohje, Osa IV, Valvira ohje 8/2016 <i>Guidance of Healthy Building Decree, Part IV, Valvira Guidebook 8/2016</i>
<b>Asumisterveys, Kemia</b> <i>Healthy building, Chemistry</i>		
Rakennusmateriaalit <i>Building materials</i>	Asbesti, toteaminen ja tunnistaminen <i>Asbestos, detection and identification</i>	ISO 22262-1:2012, muunneltu, valomikroskopia, elektronimikroskopia ja energiadiispersiivinen spektrometria <i>ISO 22262-1:2012, modified, light microscopy, electron microscopy and energy dispersive spectrometry</i>
Sisäilma <i>Indoor air</i>	Haihtuvat orgaaniset yhdisteet (VOC, TVOC) <i>Volatile organic compounds (VOC, TVOC)</i>	ISO 16000-6:2011

<b>PÄTEVYYSALUE</b> <b>SCOPE OF ACCREDITATION</b>		
<b>Testattava materiaali / tuote</b> <i>Material / product tested</i>	<b>Testityyppi, mittausalue</b> <i>Type of test, measured range</i>	<b>Testausmenetelmä</b> <i>Test method</i>
<b>Vantaa</b>		
<b>Asumisterveys, Kemia</b> <i>Healthy building, Chemistry</i>		
Rakennusmateriaalit <i>Building materials</i>	Asbesti, toteaminen ja tunnistaminen <i>Asbestos, detection and identification</i>	ISO 22262-1:2012, muunneltu, valomikroskopia, elektronimikroskopia ja energiadiispersiivinen spektrometria <i>ISO 22262-1:2012, modified, light microscopy, electron microscopy and energy dispersive spectrometry</i>